

Příloha č. 3

Uvolňování výsledků laboratorních vyšetření – stanovisko výboru České společnosti klinické biochemie ČLS JEP z 30. 6. 2015

- Za vydávání výsledků laboratorních analýz je odpovědný vedoucí laboratoře.
- Vydávání výsledků v pracovní době může provádět pouze vedoucím autorizovaná osoba (minimálně VŠ v přípravě k atestaci v oboru, který absolvoval základní kmen a je pod odborným vedením plně kvalifikovaného VŠ).
- Za automaticky vydávané výsledky pomocí laboratorního informačního systému je odpovědný vedoucí laboratoře a kvalifikovaný VŠ, který parametry automatické kontroly nastavoval (musí být uveden ve vnitřní dokumentaci laboratoře). Tyto výsledky jsou uvolněny vedoucím laboratoře.
- V době pohotovostní služby a pro potřeby urgentní medicíny může uvolňovat výsledky zdravotní laborant, splňující podmínky pro výkon povolání zdravotního laboranta bez odborného dohledu. Podmínkou výkonu činnosti je autorizace vedoucím a minimálně telefonická dostupnost kvalifikovaného VŠ také v době pohotovostní služby pro potřebu odborné konzultace. Kvalifikovaný VŠ je povinen provést kontrolu takto uvolněných výsledků, a to nejpozději do 4 hodin od uvolnění výsledků zdravotním laborantem nebo do 4 hodin od začátku pravidelné pracovní doby. Teprve po uvolnění kvalifikovaným VŠ pracovníkem je možné výsledky vytisknout. Pokud je to možné, je vhodné, aby výsledky uvolněné zdravotním laborantem byly v nemocničním informačním systému zobrazeny odlišně od výsledků uvolněných kvalifikovaným VŠ.